(5411) 4755-4040 (líneas rotativas)
http://www.dvs.com.ar
ventas@dvs.com.ar

OBTENCIÓN DE SUERO CON GEL Y ACTIVADOR

Tubos preparados

DESCRIPCIÓN

Marca: DVS.
Presentación: Tubo plástico para toma de muestra de sangre.
Prueba: Química clínica – Serología.
Material de ensayo: Suero.
Aditivo: Activador de la coagulación.
Fabricante: DVS S.R.L.
Procedencia: República Argentina.
Registro sanitario: A.N.M.A.T. PM 1568-8.
Vencimiento: 24 meses.
Empaque: 1000 unidades // 20 racks por 50 unidades.



ESPECIFICACIONES

Los tubos con gel y activador son identificados con etiqueta y tapa amarillas, de acuerdo a Normativa ISO 6710.
Las tapas pueden ser de material plástico o de goma.
El tapón de goma es apto para ser perforado por agujas de muestreadores automáticos. Los tubos son fabricados en plástico (PP).
Son de un solo uso (descartables). Resistentes a la centrifugación.
Los tubos están recubiertos en su interior con micropartículas que activan la coagulación.
El gel está presente en el fondo del tubo. Por medio del centrifugado este se posiciona entre el coágulo y el suero formando una barrera inerte.

RECOMENDACIONES

Siempre utilizar guantes al manipular tubos con muestras biológicas.
Verificar que la camisa portatubos de la centrifuga esté limpia, sin restos de partículas que puedan provocar la rotura del mismo.
Tener en cuenta que son G y no de R.P.M.
Para convertir RPM a G utilizar: $FCR = 1{,}118 \times 10^{-5} \times r \times (rpm)^2$
Siendo, según Todd-Stanford Davidsohn, "Diagnóstico y tratamiento clínico para el laboratorio".
FCR: fuerza centrifuga relativa en unidades G.
r: radio expresado en cm entre el eje de rotación y el centro del tubo de la centrifuga.
rpm: revoluciones por minuto.

TUBOS CON GEL Y ACTIVADOR, ETIQ Y TAPÓN DE PLÁSTICO AMARILLO A.N.M.A.T. PM 1568-8

CÓDIGO ART.	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	EMBALAJE
161244PG	Tubo 12x44 c/E y activ.	1,5 ml	Caja por 1000 u.
161256PG	Tubo 12x56 c/E y activ.	2,0 ml	Caja por 1000 u.
161275PG	Tubo 12x75 c/E y activ.	3,0 ml	Caja por 1000 u.
161286PG	Tubo 12x86 c/E y activ.	4,0 ml	Caja por 1000 u.
161375PG	Tubo 13x75 c/E y activ.	4,0 ml	Caja por 1000 u.
1616100PG	Tubo 16x100 c/E y activ.	7,5 ml	Caja por 1000 u.

TUBOS CON GEL Y ACTIVADOR, ETIQ Y TAPÓN DE GOMA AMARILLO A.N.M.A.T. PM 1568-8

CÓDIGO ART.	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	EMBALAJE
161244GG	Tubo 12x44 c/E y activ.	1,5 ml	Caja por 1000 u.
161256GG	Tubo 12x56 c/E y activ.	2,0 ml	Caja por 1000 u.
161275GG	Tubo 12x75 c/E y activ.	3,0 ml	Caja por 1000 u.
161286GG	Tubo 12x86 c/E y activ.	4,0 ml	Caja por 1000 u.
161375GG	Tubo 13x75 c/E y activ.	4,0 ml	Caja por 1000 u.
1616100GG	Tubo 16x100 c/E y activ.	7,5 ml	Caja por 1000 u.

FORMA DE USO

Tomar el tubo, quitar el tapón y verter la muestra según capacidad del tubo. Colocar el tapón. Homogeneizar suavemente. Dejar exudar en baño termostatizado a 37° C durante 45 minutos antes de centrifugar. Centrifugar durante 10 minutos a 1800 G. El gel queda entre el coágulo y el suero.

REGISTROS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001:2015
ISO 13485:2016
ANMAT P.M. 1568-8
Directora técnica: Farmacéutica Fiorella Celoni M.P. 10281

GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-8691
RI-13485-39
IRAM-ISO 9001:2015
IRAM-ISO 13485:2016